

ALME asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí

Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6, tel. 220560200, fax 220561596, e-mail: alme@alme.cz

VZTAŽNÉ HODNOTY PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI ALME 2016

ALME-OR-01/16	oxid uhelnatý	[mg/m ³]	79,37
	oxid dusnatý	[mg/m ³]	81,5
	oxid siřičitý	[mg/m ³]	78,82
ALME-OR-02/16	propan	[mg/m ³]	35,5
ALME-OR-03/16	NH ₃	[mg/m ³]	23,2
ALME-OR-05/16	fluoridy	[mg/vzorek]	10,03
	chloridy	[mg/vzorek]	9,80
ALME-OR-10/16	HCl	[mg/m ³]	25,0

ALME-OR-06/16				
datum	Hmotnostní tok TZL	Průtok vzduchu (normální stavové podmínky)	Koncentrace TZL (normální stavové podmínky)	Stř. rychlost plynu
	g/h	m ³ _N /h	mg/m ³ _N	m/s
24.5.2016	98,3 ± 4,0	3 000 ± 60	32,8 ± 1,5	12,4 ± 0,4
	128,2 ± 5,2	3 000 ± 60	42,7 ± 1,9	12,5 ± 0,4
	134,7 ± 5,4	3 000 ± 60	44,9 ± 2,0	12,4 ± 0,4
25.5.2016	133,6 ± 5,4	3 050 ± 61	43,8 ± 2,0	12,5 ± 0,4
	123,5 ± 5,0	3 050 ± 61	40,5 ± 1,8	12,5 ± 0,4
	157,7 ± 6,4	3 050 ± 61	51,7 ± 2,3	12,5 ± 0,4
26.5.2016	70,3 ± 2,9	3 100 ± 62	22,7 ± 1,0	12,6 ± 0,4
	67,0 ± 2,8	3 100 ± 62	21,6 ± 1,0	12,6 ± 0,4
	63,5 ± 2,6	3 100 ± 62	20,5 ± 0,9	12,6 ± 0,4
27.5.2016	104,6 ± 4,2	3 150 ± 63	33,2 ± 1,5	12,8 ± 0,4
	97,2 ± 4,0	3 150 ± 63	30,9 ± 1,4	12,8 ± 0,4
	105,8 ± 4,3	3 150 ± 63	33,6 ± 1,5	12,8 ± 0,4
30.5.2016	56,3 ± 2,3	3 200 ± 64	17,6 ± 0,8	13,1 ± 0,4
	63,9 ± 2,6	3 200 ± 64	20,0 ± 0,9	13,2 ± 0,4
	59,6 ± 2,5	3 200 ± 64	18,6 ± 0,9	13,2 ± 0,4
31.5.2016	68,5 ± 2,8	3 000 ± 60	22,8 ± 1,0	12,3 ± 0,4
	53,4 ± 2,2	3 000 ± 60	17,8 ± 0,8	12,4 ± 0,4
	65,7 ± 2,7	3 000 ± 60	21,9 ± 1,0	12,4 ± 0,4
3.6.2016	76,7 ± 3,1	3 000 ± 60	25,6 ± 1,2	12,2 ± 0,4
	61,5 ± 2,6	3 000 ± 60	20,5 ± 0,9	12,2 ± 0,4
	56,3 ± 2,4	3 000 ± 60	18,8 ± 0,9	12,2 ± 0,4
6.6.2016	43,9 ± 1,9	3 050 ± 61	14,4 ± 0,7	12,4 ± 0,4
	44,0 ± 1,9	3 050 ± 61	14,4 ± 0,7	12,4 ± 0,4
	46,9 ± 2,0	3 050 ± 61	15,4 ± 0,7	12,4 ± 0,4
7.6.2016	41,2 ± 1,8	3 100 ± 62	13,3 ± 0,6	12,5 ± 0,4
	47,0 ± 2,0	3 100 ± 62	15,2 ± 0,7	12,5 ± 0,4
	47,7 ± 2,0	3 100 ± 62	15,4 ± 0,7	12,5 ± 0,4
8.6.2016	45,5 ± 1,9	3 150 ± 63	14,4 ± 0,7	12,8 ± 0,4
	55,3 ± 2,3	3 150 ± 63	17,5 ± 0,8	12,8 ± 0,4
	51,7 ± 2,2	3 150 ± 63	16,4 ± 0,8	12,8 ± 0,4

Koordinátor programů PT:

prof. Ing. Karel Ventura, CSc., telefon: +420 725 955 105
 doc. Ing. Petra Bajarová, Ph.D., telefon: +420 777 566 958
 email: alme@alme.cz

V Pardubicích dne 14. 7. 2016