

Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí – Sekce PZZ
 Jenečská 146/44, 161 00, Praha 6, tel.: 220 560 200, fax:220 561 596
 www.alme.cz



Označení PZZ	ALME – OR – 01/17: Stanovení vybraných plynných škodlivin
Matrice	Dusík
Ukazatele	CO, NO, SO ₂
Termín a místo	30.5. – 2.6. 2017, Hradec Králové (prostory firmy EMPLA AG spol. s.r.o.)
Činnosti zajišťované subdodavatelsky	Příprava položek zkoušky způsobilosti (Linde Gas a.s.) Prostory a zařízení pro měření (EMPLA AG spol. s.r.o.)
Způsob odběru	Přímý odběr testované položky
Rozsah hodnot položek ZZ	CO: 0-150 mg/m ³ ; NO: 0-150 mg/m ³ ; SO ₂ : 0-150 mg/m ³
Specifické podmínky pro odběr položky	Rozvinutá odběrová trasa
Analýzy	Účastníci PZZ mohou použít zkušební metodu nebo postup měření podle vlastního výběru. Statistické vyhodnocení zkoušení způsobilosti a úspěšnost laboratoří budou hodnoceny pomocí Z-skóre.
Zaznamenávání výsledků	Výsledky budou zaznamenávány do formuláře (viz níže)
Termín zveřejnění referenčních hodnot	14.7. 2017

ALME - OR - 01/17
Protokol o stanovení plynných škodlivin

Název laboratoře: _____

Kód laboratoře: _____ Datum měření (odběru): _____

Použitý analyzátor (ev. č.): _____

Metoda měření:

ČSN EN 15058 A

ČSN ISO 10849 B

ČSN ISO 7935 C

Jiná: _____

Výsledky měření:

Složka	Jednotka	Zaokrouhlení	Výsledek měření		Nejistota měření laboratoře (nepovinný údaj)	Metoda měření
			1	2		
CO	mg/m ³	0,1				
NO	mg/m ³	1				
SO ₂	mg/m ³	1				

Uvedené hodnoty platí pro normální podmínky, suchý plyn

Datum: _____

podpis odpovědného pracovníka

Tento protokol odevzdejte po vyplnění výsledků měření koordinátorovi.