

Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí – Sekce PZZ
Jenečská 146/44, 161 00, Praha 6, tel.: 220 560 200, fax:220 561 596
www.alme.cz

Označení PZZ	ALME – OR – 10/17: Stanovení plynného HCl v RM (plyn)
Matrice	Dusík
Ukazatele	HCl
Termín a místo	30.5. – 2.6. 2017, Hradec Králové (prostory firmy EMPLA AG spol. s.r.o.)
Činnosti zajišťované subdodavatelsky	Příprava položek zkoušky způsobilosti (Linde Gas a.s.) Prostory a zařízení pro měření (EMPLA AG spol. s.r.o.)
Způsob odběru	Přímý odběr testované položky Doporučuje se vytápěná (180°C) hadice z PTFE o délce 1,5 m
Rozsah hodnot položek ZZ	HCl: 10 – 200 mg/m ³
Specifické podmínky pro odběr položky	Účastník si sestaví sám vlastní odběrovou trasu. Budou umožněny dva odběry o objemu 50 litrů plynu
Analýzy	Účastníci PZZ mohou použít zkušební metodu nebo postup měření podle vlastního výběru. Statistické vyhodnocení zkoušení způsobilosti a úspěšnost laboratoří budou hodnoceny pomocí Z-skóre.
Zaznamenávání výsledků	Výsledky budou zaznamenávány do formuláře (viz níže)
Termín zveřejnění referenčních hodnot	14.7. 2017

ALME - OR - 10/17
Protokol o stanovení plynného HCl

Název laboratoře: _____

Kód laboratoře: _____ Datum měření (odběru): _____

Datum analýzy : _____

Použitý analyzátor (ev.č.): _____

Metoda analýzy: _____

Subdodavatel analýzy:

Výsledky měření:

Složka	Jednotka	Zaokrouhlení	Výsledek měření		Nejistota měření laboratoře (nepovinný údaj)
			1	2	
HCl	mg/m ³	0,1			

Uvedené hodnoty platí pro normální podmínky, suchý plyn

Datum: _____

podpis odpovědného pracovníka a razítko organizace

Tento protokol odešlete na adresu *Jenečská 146/44, Praha 6, 161 00* nejpozději do 30.6.2017.