Skupina dokumentů:	Související dokumentace
Označení:	SD06
Název dokumentu:	Kontrola prostor
Platnost od:	5.5.2025
Vydání:	1

	Jméno	Funkce
Zpracoval	Ing. Irena Rejlová	MK
Kontroloval a schválil	Ing. Michal Rejl	SZ

1. Kontrola prostor

Prostory pro provádění programů zkoušení způsobilosti jsou zajištěny externími poskytovateli.

Měření pro stanovení vybraných plynných složek v referenčním materiálu probíhá u externího poskytovatele EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové.

Měření pro stanovení hmotnostního toku TZL v proudící vzdušnině a stanovení koncentrace vodní páry v plynu probíhá u externího poskytovatele VEC, Ostrava.

Kontrola prostor externích poskytovatelů podléhá interním auditům, viz F28_Program interních auditů.

Kontrola prostor pro měření je prováděna vždy před začátkem zkoušení způsobilosti a zaznamenána do F07_Kontrola prostor. Provádí ji koordinátoři ALME a VEC. Záznamy z kontrol prostředí jsou archivovány. V případě, že podmínky prostředí ohrožují platnost ZZ jsou činnosti zastaveny a je postupováno dle SD19_Řízení neshodné práce.

Sledované podmínky prostředí pro jednotlivé PZZ jsou:

- **ALME – OR – 01: Stanovení vybraných plynných složek (CO, NO, SO_2, O_2, CO_2)**
- **ALME – OR – 02: Stanovení koncentrace propanu**
- **ALME – OR – 03: Stanovení koncentrace amoniaku**
- **ALME – OR – 10: Stanovení koncentrace plynného chlorovodíku**
  - teplota, napájení elektrickou energií (záložní zdroje napájení), osvětlení, čistota prostor, zázemí – parametry, které ve formuláři nemají rozmezí hodnot podléhají pouze fyzické kontrole

- **ALME – OR – 06: Stanovení hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek (TZL) v proudící vzdušině včetně rychlosti proudění a hmotnostní koncentrace**
- **ALME – OR – 11: Stanovení koncentrace vodní páry (H2O) v plynu**
  - relativní vlhkost, atmosférický tlak, teplota, osvětlení, čistota prostor, zázemí - parametry, které ve formuláři nemají rozmezí hodnot podléhají pouze fyzické kontrole

Zařízení používaná v rámci PZZ jsou majetkem externího poskytovatele, který za ně přebírá veškerou odpovědnost.

Poskytovatel PZZ zajistí prostor u externího poskytovatele tak, aby nedocházelo k ovlivňování chodu měření v důsledku nepříznivého prostředí, vlivem prostor sousedních

nebo vlivem různých fyzikálních, biologických či chemických aspektů. Záznam z kontroly prostor slouží i jako reference na externího poskytovatele.

Do prostor určených k realizaci PZZ nemají přístup osoby do PZZ nezainteresované. V průběhu ZZ je vchod do těchto prostor označen nápisem „Vstup povolen pouze osobám zařazených do Programu zkoušení způsobilosti“.

Povolanými osobami jsou:

- účastníci PZZ,
- koordinátor, MK
- techničtí pracovníci externího poskytovatele,
- členové managementu SPZZ.

2. Použité zkratky

IA	interní auditor
MK	manažer kvality
SPZZ	Sekce poskytovatelů zkoušení způsobilosti
SZ	statutární zástupce
VEC	Výzkumné energetické centrum
ZZ	zkoušení způsobilosti

3. Záznam revizí a změn dokumentu

Datum	Č. revize	Popis změny	Provedl	Schválil
5.5.2025	1	Doplnění odkazu na dokument SD19_Řízení neshodné práce.	I. Rejlová	M. Rejl