



ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI
obecně prospěšná společnost

„Accredo - dáti důvěru“

**Zkušebním laboratořím, akreditovaným pro měření emisí
Posuzovatelům, posuzujícím uvedené laboratoře**

V Praze dne 7.3.2011
Čj.: 909/ČIAO/2011

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi, abych vás informoval o stanovisku technické komise pro měření emisí.

Na základě závěrů technické komise pro měření emisí vydává Český institut pro akreditaci, o.p.s. výklad k požadavku 5.6.2.2.1 české technické normy **ČSN P CEN/TS 15675:2009 Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí**. Dle výše uvedeného požadavku je kalibrační interval pro vybraná měřidla stanoven v rozmezí od 1 měsíce do 1 roku. V případě, že laboratoře provádí mezikalibrační kontroly v souladu s požadavky dokumentu ILAC G 24, lze mezikalibrační intervaly prodloužit až na maximální lhůty, uvedené v příložené tabulce. Tento postup byl konzultován se zástupci dalších akreditačních orgánů i s představiteli Českého metrologického institutu.

Pro zavedení závěrů technické komise do systémů managementu zkušebních laboratoří bylo stanoveno přechodné období do konce roku 2011. V roce 2011 bude neplnění závěrů technické komise definováno jako doporučení ke zlepšení. Od 1.1.2012 je neplnění požadavků na kalibrační intervaly hodnoceno jako neshoda ve vztahu k normě ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, kritérium 5.6.

Tento dopis i s příloženou tabulkou je zveřejněn na webových stránkách ČIA, byl rozeslán elektronicky všem vedoucím i odborným posuzovatelům, kteří posuzují oblast měření emisí a všem akreditovaným zkušebním laboratořím provádějícím **měření emisí**.

S pozdravem

Ing. Milan Badal
náměstek ředitele