ALME asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí
Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, tel. 495 218 875, e-mail: alme@alme.cz

VZTAŽNÉ HODNOTY PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI ALME 2026

ALME-OR-01/26	CO	[mg/m^3]	248,9
	NO	[mg/m^3]	149
	SO_2	[mg/m^3]	183
	CO_2	[obj. %]	5,0
	O_2	[obj. %]	10,0
ALME-OR-02/26	C_3H_8	[mg/m^3]	74,9
ALME-OR-03/26	NH_3	[mg/m^3]	29,7
ALME-OR-10/26	HCl	[mg/m^3]	22,4

Vztažné hodnoty stanovené konsensuálním robustním odhadem z dat účastníků programů zkoušení způsobilosti provedené výpočtem dle ČSN 13528. Hodnoty budou po zpracování dat doplněny o příslušné směrodatné odchylky jednotlivých PZZ.

ALME-OR-11/26: Stanovení koncentrace vodní páry (H_2O) v plynu

Datum	**Měřící skupina**	**referenční koncentrace vodní páry (H_2O) v plynu s rozšířenou nejistotou**			
		[% obj.]			
		měření 1		**měření 2**	
14.09.2026	2619	9,75	± 0,09	9,70	± 0,09
15.09.2026	2618	9,78	± 0,09	9,74	± 0,09
16.09.2026	2665	9,80	± 0,09	9,79	± 0,09
17.09.2026	2658	9,62	± 0,09	9,74	± 0,08
17.09.2026	2659	9,69	± 0,08	9,68	± 0,08
18.09.2026	2692	9,81	± 0,10	9,79	± 0,10
21.09.2026	2686	9,77	± 0,08	9,78	± 0,08
22.09.2026	2621	9,80	± 0,08	9,83	± 0,09
29.09.2026	2655	9,86	± 0,09	9,74	± 0,09

ALME asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí
Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, tel. 495 218 875, e-mail: alme@alme.cz

ALME-OR-06/26: Stanovení hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek (TZL) v proudící vzdušině

			Reference value with extended uncertainty							
Date			TSP mass flow		Air mass volume flow (normal conditions)		TSP concentration (normal conditions)		Air mass mean velocity	
			Referenční hodnoty s rozšířenou nejistotou							
datum	Měřící skupina		Hmotový tok TZL		Průtok vzduchu (normální stavové podmínky)		Koncentrace TZL (normální stavové podmínky)		Stř. rychlost plynu	
			g/h		m3N/h		mg/m3N		m/s	
14.09.2026	-	2619	31,6	± 1,4	2 200	± 53	14,3	± 0,7	8,8	± 0,3
14.09.2026	-	2619	42,4	± 1,8	2 600	± 62	16,3	± 0,8	10,4	± 0,4
14.09.2026	-	2619	43,7	± 1,9	2 400	± 58	18,2	± 0,9	9,6	± 0,3
15.09.2026	2695	2618	39,8	± 1,7	2 050	± 49	19,4	± 1,0	8,2	± 0,3
15.09.2026	2695	2618	75,8	± 3,1	2 550	± 61	29,7	± 1,4	10,2	± 0,4
15.09.2026	2695	2618	74,0	± 3,0	2 350	± 56	31,5	± 1,5	9,4	± 0,3
16.09.2026	2665	2630	44,0	± 1,9	2 050	± 49	21,4	± 1,0	8,2	± 0,3
16.09.2026	2665	2630	55,8	± 2,3	2 650	± 64	21,0	± 1,0	10,7	± 0,4
16.09.2026	2665	2630	49,4	± 2,1	2 450	± 59	20,1	± 1,0	9,9	± 0,4
17.09.2026	2658	-	30,8	± 1,4	2 150	± 52	14,3	± 0,7	8,6	± 0,3
17.09.2026	2658	2659	57,5	± 2,4	2 412	± 58	23,8	± 1,1	9,7	± 0,3
17.09.2026	2658	2659	60,6	± 2,5	2 350	± 56	25,8	± 1,2	9,4	± 0,3
17.09.2026	-	2659	54,3	± 2,3	2 150	± 52	25,2	± 1,2	8,6	± 0,3
18.09.2026	2663	2692	40,9	± 1,8	2 100	± 50	19,5	± 1,0	8,4	± 0,3
18.09.2026	2663	2692	41,3	± 1,8	2 600	± 62	15,9	± 0,8	10,4	± 0,4
18.09.2026	2663	2692	45,2	± 1,9	2 400	± 58	18,8	± 0,9	9,6	± 0,3
21.09.2026	2686	2642	37,9	± 1,7	2 150	± 52	17,6	± 0,9	8,6	± 0,3
21.09.2026	2686	2642	45,3	± 1,9	2 650	± 64	17,1	± 0,8	10,6	± 0,4
21.09.2026	2686	2642	46,1	± 2,0	2 400	± 58	19,2	± 0,9	9,6	± 0,3
22.09.2026	-	2621	41,4	± 1,8	2 050	± 49	20,2	± 1,0	8,2	± 0,3
22.09.2026	-	2621	47,5	± 2,0	2 650	± 64	17,9	± 0,9	10,6	± 0,4
22.09.2026	-	2621	40,3	± 1,7	2 450	± 59	16,5	± 0,8	9,8	± 0,3
25.09.2026	-	2612	34,2	± 1,5	2 200	± 53	15,6	± 0,8	8,8	± 0,3
25.09.2026	-	2612	40,9	± 1,8	2 600	± 62	15,7	± 0,8	10,4	± 0,4
25.09.2026	-	2612	38,4	± 1,7	2 400	± 58	16,0	± 0,8	9,6	± 0,3
29.09.2026	-	2655	37,2	± 1,6	2 100	± 50	17,7	± 0,9	8,4	± 0,3
29.09.2026	-	2655	45,1	± 1,9	2 600	± 62	17,4	± 0,8	10,4	± 0,4
29.09.2026	-	2655	43,3	± 1,8	2 350	± 56	18,4	± 0,9	9,4	± 0,3

Koordinátor programů PT:

Ing. Alena Bulisová
email: alme@alme.cz
Tel.: +420 732 489 813

V Hradci Králové dne 15. 11. 2026